

**VERBALE DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI n. 2 SISTEMI
CHIRURGICI A BATTERIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER GRANDI OSSA
(MACROMOTORI) PER LA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE VILLA
SCASSI.**

Il giorno 05/12/2019 alle ore 11:00 si è riunita la Commissione giudicatrice per l'acquisto in oggetto, nominata con nota Prot.n. 155465 del 12/11/2019 dalla Direzione Amministrativa Aziendale e con nota ID n. 70556951 del 11/11/2019 dalla Direzione Sanitaria così composta:

- Dott. Franco Pleitavino, Presidente;
- Sig.ra Vilma Agosti, componente
- Ing. Gino Spada, componente sostituto;

Si da preliminarmente atto che per dell'acquisto di cui trattasi, è stata avviata una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale MEPA istituito da Consip, mediante pubblicazione della R.D.O. n. 2417120, prot. n. 0141444 del 16/10/2019, inviata ai seguenti operatori economici:

1	CONMED ITALIA	PERO(MI)
2	CORMED SAS DI CORÒ C. & COMPANY	RAPALLO(GE)
3	DIMCO SRL	FORMELLO(RM)
4	EUROCLONE S.P.A.	PERO(MI)
5	NBA MEDICA	MILANO(MI)
6	RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. SRL	GENOVA(GE)
7	STRYKER ITALIA SRL	ROMA(RM)



Atteso che entro il termine, indicato e tracciato nella procedura on line del portale MEPA della Pubblica Amministrazione, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:


CONMED ITALIA	PERO(MI)
CORMED SAS DI CORÒ C. & COMPANY	RAPALLO(GE)
NBA MEDICA	MILANO(MI)

Ricordato che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il valore di 70 punti per il parametro della qualità e 30 punti per quello economico;

Considerato che l'Operatore economico CORMED SAS è stato escluso dalla procedura di gara in quanto l'offerta tecnica non era conforme alla documentazione di gara;

La Commissione procede, quindi, all'assegnazione dei punteggi di qualità come evidenziato in dettaglio nel file agli atti del procedimento e come di seguito riassunti:

PARAMETRO	CONMED ITALIA	NBA MEDICA
Produttore	Conmed/Linvatec	Stryker Instruments
Modello	Sistema a Batteria MPower 2	SYSTEM 8
1. MANIPOLO ROTANTE "DRILL" - PUNTI MAX = 15	13.50	15.00
2. ATTACCHI E TERMINALI - PUNTI MAX = 10	8.00	10.00
3. MANIPOLO OSCILLANTE "SEGA SAGITTALE" PUNTI MAX = 15	13.50	15.00
4) CARICA BATTERIE E BATTERIE - PUNTI MAX = 10	9.00	10.00
PROVA PRATICA - PUNTI MAX = 20	12.00	20.00
TOTALI PUNTEGGI	56.00	70.00





Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria



Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2000 per i campi di attività elencati nel certificato RINA N. 10813/04/S e per i siti operativi elencati nel relativo allegato

La seduta si chiude alle ore 12:45

Letto, confermato e sottoscritto

Franco PLEITAVINO

Vilma AGOSTI

Gino SPADA