

## **ALLEGATO A**

**Sistema con la seguente composizione o con caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti:**

1. Sistema per coledocoscopia digitale per la visualizzazione diretta delle vie bileo-pancreatiche:
  - 1.1. Controller digitale per acquisizione, elaborazione e visualizzazione immagini su monitor
  - 1.2. Colangioscopio digitale monouso a singolo operatore per visualizzazione del sistema bilio-pancreatico, per procedure diagnostiche e terapeutiche, tramite biopsie in visione diretta e trattamento dei calcoli con litotrissia elettroidraulica o equivalente
2. Dispositivo per litotrissia elettroidraulica o equivalente, in grado di frantumare i calcoli di qualsiasi dimensione e composizione, situati nel dotto biliare, nel dotto cistico e nei dotti epatici. Il dispositivo deve poter ridurre le dimensioni dei calcoli in modo da rimuovere i frammenti senza un intervento chirurgico complesso
3. Materiale di consumo:
  - 3.1. Fornitura di endoscopi monouso, sonde per litotrissia e tutto il materiale di consumo necessario per effettuare n. 5 procedure/anno